ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-042	PS/CRV/43120	23/01/2018
PRODUCTO Sistema balón-intragástrico END BALL, referencia ENDT110		
FABRICANTE Endalis, Francia		
DISTRIBUIDOR Albyn Medical S.L, Calle D, Nº1, Poligono Cordovilla, 31191 Cordovilla, Navarra		
ASUNTO Actualización de las instrucciones uso con nuevas advertencias de seguridad para la correcta inserción e inflado del balón intragastrico evitando dañar las paredes gástricas.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna