ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-044	PS/SM/43202	23/01/2018

PRODUCTO
Vástagos humerales de prueba del sistema de hombro modular total TITAN™ (TSS).

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Integra LifeSciences (Ascension Orthopedics), EEUU.

DISTRIBUIDOR
MBA INCORPORADO SL. AVDA. JARDIN BOTANICO, 1345 "SILOS DEL INTRA" 33203 GIJON.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los Vástagos humerales de prueba del sistema de hombro modular total TITAN debido a la posible rotura de los productos durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna