ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-046	PS/MRG/43358	24/01/2018

PRODUCTO
Kit de Tratamiento MARS, Tipo 1116/1-X-MARS
Código: 800540

FINALIDAD PREVISTA
Eliminación de toxinas ligadas a la albúmina plasmática y/o sustancias hidrosolubles que se acumulan en el plasma de pacientes con insuficiencia hepática.

Nº LOTE
0000022803, 0000022708, 0000022651 y 0000022649

FABRICANTE
Gambro Lundia AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Baxter S.L. Polígono Industrial Sector 14, C/ Pouet de Camilo, 2. 46394 Ribarroja del Turia (Valencia).

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes debido a la posibilidad de que presenten fugas en el circuito de la albúmina, causadas por una inadecuada conexión adhesiva del tubo al conector Hansen de las Líneas del kit MARS.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna