ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-047	PS/NC/43118	24/01/2018

PRODUCTO
Catéteres guía Guider Softip™ XF

FINALIDAD PREVISTA
Los catéteres guía Guider Softip XF están indicados para facilitar la colocación de dispositivos de intervención en el sistema neurovascular.

Nª Lote
Ver referencias y nºˢ de lotes afectados en el anexo a la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Boston Scientific Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia, S.L., C/ Sepúlveda, 17, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los catéteres guía Guider Softip™ XF, debido al posible riesgo de degradarse durante la vida útil del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado con referencias y números de lotes afectados

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna