# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** | **FECHA** |
|---|---|---|
| 2017-048 | PS/AG/43245 | 24/01/2018 |

**PRODUCTO**
Lámparas quirúrgicas VOLISTA, modelos StandOP, Triop y Access, fabricadas antes de julio de 2016.

**Nº SERIE**
La empresa ha facilitado a cada centro los números de serie afectados.

**FABRICANTE**
Maquet SAS, Francia.

**DISTRIBUIDOR**
Getinge Group Spain,
C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, oficina 6.1-6.2, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que el soporte de la empuñadura central de la lámpara se suelte de la cúpula durante su uso por lo que van a proceder a sustituir los anillos del soporte central por otros de nuevo diseño.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

**LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS**

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

**Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna**