ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-050	PS/AG/43441	25/01/2018
PRODUCTO Paneles BD Phoenix Gram Negative con colistina.		
Nº REFERENCIA y Nº LOTE Ver números de catálogo y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.		
FABRICANTE Becton Dickinson & Company, EEUU.		
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid		
ASUNTO Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que algunas cepas puedan producir una mayor tasa de falsa sensibilidad en los resultado de la prueba de sensibilidad antimicrobiana in vitro (AST) a la colistina.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS



Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna