ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-052	PS/MRG/43210	30/01/2018

PRODUCTO

Código del producto	**Descripción**	**GTIN**
283910000	Kit del Sistema de Cemento Vertebral Confidence Plus, 11 cc	10705034209623
283913000	Kit del Sistema de Cemento Vertebral Confidence	10705034209630

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
DePuy Spine, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A., Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de kits del Sistema de Cemento Vertebral Confidence debido a la dificultad de visualizar productos de cemento Confidence en las radiografías, por contener cantidades incorrectas de medio de contraste.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna