ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-051	PS/MRG/43407	30/01/2018

PRODUCTO
Sistema de radiografía digital DRAD-3000E (RadRex-i).

FABRICANTE
Canon Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Canon Medical Systems, S.A. Camino de la Zarzuela, 19 3ª planta, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que cuando se realiza una radiografía con el detector de rayos X inalámbrico TFP-4336W, no se complete la transmisión de la imagen desde el detector y no se forme ninguna imagen radiográfica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna