ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-053	PS/FFG/43323	30/01/2018

PRODUCTO
Sistema estacionario de rayos X de angiografía digital AXIOM Artis con un detector plano de un lote de producción especifico.

Nº DE SERIE AFECTADO EN ESPAÑA
35043

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Siemens S.A., Avenida Leonardo da Vinci 15-19, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Sustitución de los acoplamientos de plástico de un lote específico del detector plano instalado en determinados sistemas AXIOM Artis, debido a la posibilidad de que se produzcan fugas de los acoplamientos de refrigeración por lo que podría derramarse líquido y provocar un fallo del detector plano.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa.

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna