ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-057	PS/FFG/43401	31/01/2018

PRODUCTO
Sistemas de imagen BrightView, BrightView X, BrightView XCT, Precedence 6 y Precedence 16.

MODELO Y CONFIGURACIÓN
La empresa indicará el sistema y configuración instalado en cada centro en su nota de aviso.

FABRICANTE
Philips Medical Systems (Cleveland) Inc. Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. María de Portugal, 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de los procedimientos de mantenimiento preventivo debido a la posibilidad de que durante el cambio del colimador éste se pueda caer de la cabeza del detector o del carro del colimador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS



Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna