ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**	**FECHA PUBLICACION**
2018-055	PS/PPR/43504	31/01/2018

PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA
Sistema de intervencionismo endoluminar Allura Xper

FINALIDAD PREVISTA
Sistema para procedimientos mínimamente invasivos vasculares, no vasculares y cardiológicos, tanto diagnósticos como terapéuticos.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A., sita en la calle María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a que los monitores auxiliares séptimo u octavo instalados en la parte superior de la suspensión de monitores de techo podrían desacoplarse del soporte que los une a la suspensión y caer.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna