ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-049	PS/AG/43259	25/01/2018

PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA
CellaVision DM96, CellaVision DM1200, CellaVision DM9600 y software de revisión remota CellaVision

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas automáticos de análisis digital de la morfología celular.

Nº REFERENCIAS
Ver referencias afectadas distribuidas en España por la empresa Siemens en la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
CellaVision DM 6.0.1 y 6.0.2.

FABRICANTE
CellaVision AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a un error en las versiones 6.0.1 y 6.0.2 de estos sistemas que hacen que en determinadas circunstancias los comentarios no se envíen al LIS (Sistema Informático de Laboratorio).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso de la empresa Siemens
- Nota de aviso del fabricante CellaVision

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS



Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna