ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**	**FECHA**
2018-058	PS/FFG/43432	31/01/2018

PRODUCTO

Pak de Vitrectomía TOTALPLUS® 25+® de Alcon, nº de referencia: 8065751617, nº lote 2060953H (incluido como componente en el Custom Pak® para procedimiento quirúrgico oftálmico, nº de catálogo C25366-01, nº de lote 507664)

FABRICANTE

Alcon Laboratories, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR

ALCON CUSÍ S.A, Gran vía de las Cortes Catalanas 764, 08013, Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado del lote 2060953H del Pak de Vitrectomía TOTALPLUS® 25+®, que está incluido como componente en el Custom Pak (nº de catálogo C25366-01, nº de lote 507664), debido a la posibilidad de que se haya incluido una sonda ULTRAVIT® 23G en lugar de la sonda ULTRAVIT® 25+ .

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna