MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-060	PS/ME/43505

PRODUCTO
Tubos de extracción de sangre BD Vacutainer® SST™ II Advance Plus, referencia 368879.

FINALIDAD PREVISTA
Tubos para extracción de sangre por vacío para obtención de muestras de suero.

Nº LOTE
6319963.

FABRICANTE
Becton Dickinson and Company. Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n. 28750 San Agustín del Guadalix. Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 6319963 de los tubos de extracción Vacutainer® SST™ II Advance Plus debido a un posicionamiento incorrecto de la línea de llenado en los mismos, pudiendo obtenerse tubos infrallenados. Además, la fecha de caducidad que se muestra en el etiquetado de los tubos, Mayo de 2018, es incorrecta, debería ser Septiembre de 2017.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: RP33XJK4FC
Fecha de la firma: 01/02/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89