MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-061	PS/ME/43159

PRODUCTO
Módulos de Automatización FlexLab con antenas controladas por la tarjeta electrónica MOL-A.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema modular diseñado para automatizar los procesamientos preanalítico y postanalítico, así como la manipulación de muestras y su procesamiento en el laboratorio clínico.

Nº REFERENCIA
10628151.

FABRICANTE
Inpeco SA. Suiza.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare Diagnostics. Avda. Leonardo Da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que los porta-tubos con transponedor ITI0003 no sean leídos por las antenas controladas por la tarjeta electrónica MOL-A, produciendo un bloqueo del módulo no notificado por el sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/02/2018
Localizador: BY3R3GT94B

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89