MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-063	PS/AZ/43525

PRODUCTO
Central de monitorización de pacientes Philips IntelliVue Information Center (PIIC) iX

MODELO, Nos DE SERIE Y CODIGO DE PRODUCTO
La empresa facilitará en la nota de aviso a cada centro, los modelos, nos de serie y códigos de producto afectados.

FABRICANTE
Philips Healthcare, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. María de Portugal, 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a que si la central PIIC iX se reinicia en 2018, la estación de vigilancia no podrá dar de alta pacientes ni realizar traslados y se reiniciará si se intenta efectuar alguna de estas dos operaciones

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa a centros en los que todavía no se ha corregido ninguna central.
- Nota de aviso empresa a centros en los que ya se ha corregido alguna de las centrales.
- Carta a los centros en los que ya se han corregido todas las centrales.
- Documento “Flujo de trabajo alternativo para PIIC iX”, para evitar operaciones que puedan provocar el reinicio de la central.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/02/2018
Localizador: SBVQL2S719

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89