MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-064	PS/NC/43248
PRODUCTO Bombas volumétricas de infusion Syramed µSP6000 y Volumed µVP7000	
FABRICANTE Arcomed AG, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Palex Medical S.A., C/ Jesús Serra Santamans, 5. 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posible activación de la alarma de seguridad acústica y visual que provoca la detención de la infusión. Información relativa a la visualización incorrecta de la fecha y de la hora en determinadas bombas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/02/2018
Localizador: ZJB7BTXD6E

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89