MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-067	PS/FFG/43144
PRODUCTO Ventilador Carescape R860, Modelo GTIN # 00840682102346	
VERSION DE SOFTWARE 10SP05	
FABRICANTE Datex-Ohmeda, Inc.Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SAU. C/ Gobelas, 35-37. 28023 Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un fallo inesperado en el procesador de la pantalla.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/02/2018
Localizador: C8JC2NPC70

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89