MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-079	PS/AZ/43489
PRODUCTO Introductor PLIS. Referencia: PLIS008.	
FINALIDAD PREVISTA: Introductor peel-away premaleable de alto contraste para la inserción de electrodos de marcapasos, catéteres balón, catéteres de drenaje y otros catéteres. Procedimientos que requieren la introducción percutánea de un catéter en una vena de acceso.	
Nº LOTE 07171033.	
FABRICANTE VascoMed GmbH, (Alemania).	
DISTRIBUIDOR Johnson & Johnson, S.A. (Medical), Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del número de lote 07171033, debido a un error en el etiquetado del envase exterior del introductor.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 12/02/2018
Localizador: PPAYAFA7AF

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89