MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-088 | PS/PF/43694 |
| **PRODUCTO**<br>Sistema de citometría de flujo AQUIOS CL, NP B30166 | |
| **FABRICANTE**<br>Beckman Coulter Ireland Inc., Irlanda | |
| **DISTRIBUIDOR**<br>Beckman Coulter S.L.U., sita en Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 4ª planta, L´Hospitalet de Llobregat 08908, Barcelona | |
| **ASUNTO**<br>Advertencias de seguridad debido a que, si se produce una determinada secuencia de eventos, las muestras se pueden identificar incorrectamente generando resultados erróneos para los pacientes. | |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:**<br>• Nota de aviso empresa | |

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/02/2018
Localizador: F9F5SEXDD3

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89