ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2018-080	**REFERENCIA** PS/SM/43739
PRODUCTO OASIS.	
FINALIDAD PREVISTA Equipo de resonancia magnética.	
Nº SERIE PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA M706, M710.	
FABRICANTE Hitachi, Ltd., Japón.	
DISTRIBUIDOR Hitachi Medical Systems Spain. Avda. Manoteras 22, oficinas 70 y 87. 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad debido a que los operadores podrían lastimarse los dedos al tocar el borde de la correa de acero inoxidable situada debajo de la camilla.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/02/2018
Localizador: GR7E53R5D0

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89