MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-092	PS/SM/43524
PRODUCTO Luminarias para quirófano Aurinio de las series L 110, L 120, L 150 y L 160.	
FABRICANTE TRILUX Medical GmbH&Co.KG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Trilux Iluminación S.L. , sita en Ctra. Madrid Km 315 700 Plt 1 Lo P 2 50012 Zaragoza.	
ASUNTO Advertencias de seguridad en relación a la posible formación de grietas en el soporte de la lámpara con el consiguiente riesgo de rotura e instalación de un elemento de seguridad mecánico alrededor del componente afectado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 15/02/2018
Localizador: 8QXEWWSB65

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89