ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-086	PS/ME/43571

PRODUCTO
Invia Motion, referencia 087.4022 y 087.4024.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de terapia de heridas con presión negativa.

FABRICANTE
Medela AG. Suiza.

DISTRIBUIDOR

- Productos Medicinales Medela, S.L. C/ LLacuna, 22 4a planta. 08005 Barcelona.
- Biocablan S.L. Avda. Barcelona, 211, nave 5. 08750 Molins de Rei.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el dispositivo deje de reconocer la presencia de la batería si el usuario conecta y desconecta de forma repetida el aspirador a la corriente eléctrica con la batería totalmente cargada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.
- Hoja informativa con precaución adicional acerca de la carga de la batería.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: ZY9K2SD8E9
Fecha de la firma: 15/02/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89