MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-100	PS/CH/43837

PRODUCTO

Visor Centricity Universal Viewer con PACS-IW foundation 6.0.X y Centricity PACS-IW con la versión 5.0.X de Universal Viewer con PACS-IW foundation.

FINALIDAD PREVISTA

Centricity Universal Viewer, es un sistema de interfaz de usuario de acceso y gestión de imágenes de estudios como Tomografía computarizada (CT), Resonancia magnética (MR), ultrasonido (US), medicina nuclear (NM), etc.

FABRICANTE

GE Healthcare, EEUU

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un error de gestión de la base de datos durante el proceso de adquisición de imágenes, que provoque que falte una o más “series de imágenes” en una exploración, sin que en el visor aparezca ninguna advertencia que informe de ello.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: EV6WZAF0E4
Fecha de la firma: 21/02/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89