MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-077	PS/PPR/43585

PRODUCTO
Dornier Gemini

FINALIDAD PREVISTA
Estación de trabajo urológica multifuncional (litotricia), utilizada en el tratamiento de cálculos urinarios, entre otros.

Nº SERIE
Números de serie afectados en España: 8, 15, 37, 43, 97, 160 y 161

FABRICANTE
Dornier MedTech GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Dornier MedTech España, S.L. Carrer de Pedro i Pons, 9, 08034 Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que el nivel de intensidad de la aplicación de ondas de choque aumente accidentalmente durante el tratamiento en el modo “cambio intensidad de energía durante la emisión de ondas de choque”

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/02/2018
Localizador: KLJTQ84C96

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89