ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-098	PS/AG/43784

PRODUCTO
Monitores/desfibriladores LIFEPAK® 20e, fabricados entre septiembre de 2016 y junio de 2017

Nº REFERENCIAS Y LOTES
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de referencias y lotes afectados.

FABRICANTE
Physio-Control Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Physio-Control Spain, S.L.
C/Sepúlveda, 17, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que algunos dispositivos presenten fallos que provoquen la interrupción repentina de la alimentación eléctrica, el bloqueo del dispositivo o errores en el encendido o apagado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/02/2018
Localizador: NFYQA46726

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89