ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-101	PS/MRG/43838

PRODUCTO

Ref	**Sistema**	**En combinación con**	
		Nombre del Producto	**Ref**
99174, 99733, 99734, 99737, 99739, 410416, W1421	mini VIDAS®	Quality Control VIDAS® (QCV®)	30706
93296, 93297, 99011, 99444, 99735, W3205	VIDAS®		

FINALIDAD PREVISTA

Instrumentos multiparamétricos para inmunodiagnóstico, destinados a ejecutar protocolos de inmunoensayo y dar resultados de acuerdo con la ficha técnica de kits específicos.

FABRICANTE

bioMérieux SA, Francia.

DISTRIBUIDOR

bioMerieux España S. A., calle de Manuel Tovar 45 - 47, 28034 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que se produzcan obstrucciones de la bomba y desplazamiento de la etiqueta SPR® con código de color (DOT), lo que podría generar resultados erróneos debido a una disminución del volumen pipeteado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/02/2018
Localizador: 2L7KWK54A6

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89