ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-095	PS/FFG/43570

PRODUCTO
Carescape Central Station (CSCS2), modelos todo en uno con GTIN 00840682109666 y sobremesa con GTIN 00840682109604

VERSION DE SOFTWARE
2.0.2

FABRICANTE
GE Medical Systems Information Technologies Inc. EEUU

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. C/ Gobelas, 35-37. 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que se produzca un fallo inesperado en el procesador de pantalla, tras el inicio o el reinicio del sistema, lo que impide que el usuario pueda ver los datos monitorizados en la pantalla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/02/2018
Localizador: P3JX2SR175

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89