MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-097	PS/FFG/43554
PRODUCTO Medio de cultivo Thermo Scientific™ Oxoid™ BIGGY Agar 500g CM0589B	
FINALIDAD PREVISTA Medio de diferenciación parcialmente selectivo para el aislamiento y la diferenciación de las especies de Candida a partir de muestras clínicas	
Nº LOTE 1679919 y 1728851	
FABRICANTE Thermo Fisher Scientific, Reino Unido	
DISTRIBUIDOR THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU. Vía de los Poblados, 17 Nave 3-13, 28033 Madrid	
ASUNTO Cese de la utilización de determinados lotes del medio de cultivo Thermo Scientific™ Oxoid™ BIGGY Agar 500g, debido a que no cumplen con las especificaciones.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/02/2018
Localizador: SK7XBJEB3F

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89