ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-106	PS/CH/43785

PRODUCTO

Soporte de monitor de pantalla plana doble del sistema de iluminación quirúrgica Chromophare montado en techo. Referencias: CT 0604004, CT 0604104, CT 0605004, CT 0605104 y CT 0606104.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de lámparas de iluminación quirúrgica, que pueden combinarse entre sí y con sistemas de cámaras y monitores que pueden montarse en el techo o la pared, diseñados para dirigir de forma flexible los monitores en el entorno quirúrgico.

NUMEROS DE SERIE

6145060-O11628,	6176090-P12050,	6176090-P12213,	6176090-S13205,
6176090-T13381,	6176090-T13396,	6176090-T13399,	6176090-T13402,
6176090-T13405,	6176160-R12645,	6176000-P12010,	6176090-P12064,
6176090-R12829,	6176090-T13281,	6176090-T13382,	6176090-T13397,
6176090-T13400,	6176090-T13403,	6176090-U13574,	917609S-M13793,
6176090-O11842,	6176090-P12211,	, 6176090-S13131,	6176090-T13282,
6176090-T13395,	6176090-T13398,	6176090-T13401,	6176090-T13404,
6176090-V14101			

FABRICANTE

Berchtold GmbH & Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Stryker Iberia, S.L., sita en calle Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que los soportes del monitor Chromophare DFP de Berchtold tengan una soldadura insuficiente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 26/02/2018
Localizador: GTSBKWN477

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89