MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-113	PS/NC/43781

PRODUCTO

Componentes tibiales del Sistema Total de Rodilla Triathlon:

Referencia	Descripción	Lotes		
5545-A-301	TRI LM/RL TIB AUG Talla 3 grosor 5MM	ER9WA1A	ER9WA1E	ER9WA1D
5546-A-601	TRI LM/RL TIB AUG Talla 6 grosor 10MM	ER9MA5A		

FABRICANTE

Stryker Orthopaedics, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Stryker Iberia, S.L., C/ Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los componentes tibiales del Sistema total de rodilla Triathlon, debido a que el etiquetado del envase podría no corresponderse con el tamaño del producto incluido.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/03/2018
Localizador: A3TFJGB9DD

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89