MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-111	PS/NC/43916
PRODUCTO Procesador de video VP-7000 utilizado en los endoscopios de la serie 700	
FABRICANTE FUJIFILM Corporation, Japón.	
DISTRIBUIDOR FUJIFILM Spain, c/Aragón 180, 08011 Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la limpieza de la punta distal de los endoscopios para evitar la coagulación o fijación de posibles sustancias adheridas a la lente cuando se conectan al sistema VP-7000/BL-7000 y actualización del software del sistema a la versión 1.011 para reducir el volumen de luz en la punta distal del endoscopio.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/03/2018
Localizador: 6L6AXJD134

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89