MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-114	PS/CH/44174
PRODUCTO Medio de cultivo Oxoid™ Mueller-Hinton Broth Código CM0405B	
FINALIDAD PREVISTA Medio de cultivo para ensayos de susceptibilidad antimicrobiana	
Nº LOTE 1765821	
FABRICANTE Thermo Fisher Scientific, Reino Unido	
DISTRIBUIDOR Thermo Fisher Diagnostics, SLU. Vía de los Poblados, 17 Nave 3-13, 28033 Madrid	
ASUNTO Cese de la utilización del lote 1765821 del medio de cultivo Oxoid™ Mueller-Hinton Broth código CM0405B, debido a que la etiqueta del producto proporciona información incorrecta del catión Magnesio, lo que podría provocar errores en el control de calidad, informes de resultados incorrectos o demoras en los resultados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 01/03/2018
Localizador: G9F92PVCCF

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89