ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-124	PS/CH/44255
PRODUCTO Sistemas de Cama Progressa™ P7500	
Nº DE SERIE Del S159AW9192 al S305AW2321	
FABRICANTE Hill-Rom, Inc, EEUU	
DISTRIBUIDOR Hill-Rom Iberia S.L. sita en C/ Comercio nº 2-22, nave 14, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que un componente del sistema de frenado no funcione correctamente y provoque que uno o más de los pedales de freno no se engranen o encajen en la posición de “freno”, por lo que podría producirse un movimiento no deseado de la cama y, como consecuencia, el paciente o el usuario podría sufrir alguna lesión.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 02/03/2018
Localizador: SE4CFXP949

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89