MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-125	PS/SM/44305

PRODUCTO
Pipeta de inyección número modelo/catálogo LICR-OD5.

FINALIDAD PREVISTA
Inyectar esperma en ovocitos para fertilizarlos.

Nº LOTE
S2704U (12103); S0106U (12125); S0106U (12145); S0106U (12171); S0106U (12172); S2906U (12265); S2906U (12293); S2906U (12307); S2906U (12328); S2906U (12329); S0709U (12435); S0410U (12480); S0410U (12497).

FABRICANTE
The Pipette Company Pty. Ltd. Unit 13, Australia.

DISTRIBUIDOR
Origio, Dinamarca.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de las pipetas de inyección debido a un defecto de fabricación que podría resultar en un estrechamiento del diámetro interno de la punta de la pipeta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/03/2018
Localizador: 6SPPQZ23A2

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89