ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-130	PS/MRG/44197

PRODUCTO
Sistema VITEK® 2 Compact 15
Sistema VITEK® 2 Compact 30
Nº referencia: 27415, 27415R, 27530, 27530R, 27630, 27630R.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema automatizado diseñado para realizar test de identificación de microorganismos y de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias y levaduras.

VERSION SOFTWARE
Versión 8.01

FABRICANTE
bioMerieux Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
bioMerieux España, S.A. Calle de Manuel Tovar 45 - 47, 28034 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a una anomalía en la actualización del software a la versión 8.01, que puede provocar que los datos de las tarjetas no se transfieran al ordenador y se pierdan después de la eliminación del registro.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 5CJGE8EFD3
Fecha de la firma: 13/03/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89