MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-136	PS/NC/44264
PRODUCTO Aceleradores lineales digitales (LINAC) del tipo PRIMUS™ y ONCOR™	
SOFTWARE Consola de control con la versión 9.2.400	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15 -19, 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad para reducir el riesgo de colisión del gantry y la mesa de tratamiento cuando se administran tratamientos autosecuenciados o cuando se efectúa el desplazamiento manualmente y actualización del software de la consola de control a la versión 9.2.502 para solucionar determinados problemas en los desplazamientos automáticos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/03/2018
Localizador: 7Y6TYBQ80D

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89