MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-150	PS/FFG/44412
PRODUCTO Cuna Pediátrica. Modelo NANO	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE MEDICAL IBERICA S.A , España	
DISTRIBUIDOR MEDICAL IBERICA S.A c/Lanzahita,6 Pol Ind Albarreja, CP:28946, Fuenlabrada, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que los tornillos del sistema de sujeción para los paneles de las barandillas laterales de determinadas cunas NANO se aflojen con el tiempo y acaben cayendo en el interior de la cuna	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso de la empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/03/2018
Localizador: 6ZPZX3P2A8

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89