MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-141	PS/SM/44439

PRODUCTO

Mesas de paciente de los Sistemas TAC:

- Ingenuity Flex
- Ingenuity CT
- Ingenuity Core
- Ingenuity Core128
- Brilliance iCT
- Brilliance Big Bore

SISTEMAS Y NUMEROS DE SERIE

La empresa remitirá a cada centro, en la nota de aviso, los datos del Sistema, configuracion ID y número de serie afectado.

FABRICANTE

Philips Medical Systems (Cleveland) Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

PHILIPS IBÉRICA, S.A. C/ María de Portugal nº1, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con el controlador del movimiento horizontal de las mesas para paciente incorporadas en determinados Sistemas Ingenuity Flex, Ingenuity CT, Ingenuity Core, Ingenuity Core128, Brilliance iCT y Brilliance Big Bore.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 8XCVTA8C89
Fecha de la firma: 20/03/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89