MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-153	PS/FFG/44441

PRODUCTO

Thermo Scientific™ Remel™ R30166601 - Neisseria meningitidis Poly A-D y Thermo Scientific™ Remel™ R30167001 - Neisseria meningitidis Group D

FINALIDAD PREVISTA

Suero aglutinantes de meningococos para la identificación serológica cualitativa de los grupos A, B, C, D, X, Y, Z y W135 de Neisseria meningitidis con fines epidemiológicos y de diagnóstico.

Nº DE LOTE

Ver números de lote de la botella y del envase de carton afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Thermo Fisher Scientific, Reino Unido

DISTRIBUIDOR

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU. Vía de los Poblados, 17 Nave 3-13, 28033 Madrid

ASUNTO

Cese de la utilización de determinados lotes del producto Thermo Scientific™ Remel™, debido a la posibilidad de que no cumplan con las especificaciones requeridas para la identificación de bacterias del grupo D Neisseria meningitidis**.**

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/03/2018
Localizador: KT2NRBC3BA

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89