ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-137	PS/FFG/44359
PRODUCTO Bloques espaciadores de la prótesis parcial de rodilla “Persona”, tamaños 8,9,10,12 y 14 mm	
REFERENCIA Y Nº LOTE Ver referencias y nº de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Biomet Orthopaedics, Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR Zimmer Biomet Spain,S.L.U, Calle Metalurgia 32-34, 08038 Barcelona	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los bloques espaciadores de la prótesis parcial de rodilla “Persona” debido a que podrían resecar la extremidad distal del fémur más de lo previsto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/03/2018
Localizador: 4YVYTQ4FDF

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89