MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-143	PS/NC/44175
PRODUCTO Medio de cultivo Thermo Scientific™ Oxoid™ Cetrimide Agar (EP, USP, JP, BP), PO1168A	
FINALIDAD PREVISTA Medio de cultivo para el aislamiento selectivo y la diferenciación de Pseudomonas aeruginosa.	
Nº LOTE 2080941	
FABRICANTE Thermo Fisher Scientific, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Thermo Fisher Diagnostics, SLU. Vía de los Poblados, 17 Nave 3-13, 28033 Madrid.	
ASUNTO Cese de la utilización del lote 2080941 del medio de cultivo Thermo Scientific™ Oxoid™ Cetrimide Agar (EP, USP, JP, BP), PO1168A, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos negativos para Pseudomonas aeruginosa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/03/2018
Localizador: TLEN4BB587

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89