MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-152	PS/MRG/44274

PRODUCTO

Unidades de ósmosis inversa, modelos:
- HP xxx D/UH con/sin desinfección térmica del anillo
- HP xxx D/P/H con/sin desinfección térmica del anillo
- HP xxx D con desinfección térmica del anillo
- HP xxx D/P con desinfección térmica del anillo

Fabricados entre 2000 y 2017

FABRICANTE

Herco Wassertechnik GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Izasa HOSPITAL S.L.U. Plaza de Europa, 21-23. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la desinfección térmica y sustitución periódica de los contactores del calentador, debido al riesgo de incendio por la presencia de componentes inflamables en la unidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/03/2018
Localizador: 9F8KD93E7D

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89