MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-148	PS/AG/43823

PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA

- Cánula de 24 orificios, referencia LP0305-05
- Cánula de inyección continua, referencia LP0601-01
- Cánula de inyección continua, referencia LP0601-05
- Kit Premium Lipo'Art, referencia LP1101-01
- Cánula de Inyección Punta Oliva, referencia LP0501-10

FINALIDAD PREVISTA

Productos para liposucción y lipofilling.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

INEX SILICONE, Francia.

DISTRIBUIDOR

Sebbin Ibérica,
Calle Llull, 85 Bajos, 08005 Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados productos para liposucción y lipofilling debido a que el certificado de marcado CE caducó el 29 de noviembre de 2017 y no ha sido renovado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/03/2018
Localizador: 7R6NGWAF5E

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89