ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-156	PS/AG/43430

PRODUCTO
Sistemas VeriQ, VeriQ C y MiraQ

FINALIDAD PREVISTA
Los Sistemas intraoperativo VeriQ son sistemas de diagnóstico intraoperatorio que utilizan ultrasonografía para visualizar el flujo sanguíneo para guiar a los cirujanos a planificar y realizar correctamente intervenciones quirúrgicas.

Los Sistemas MiraQ son sistemas de diagnóstico intraoperatorio que utilizan la tecnología ecográfica para visualizar el torrente sanguíneo y para guiar a los cirujanos en la preparación y consecución de intervenciones quirúrgicas.

FABRICANTE
Medistim ASA, Noruega.

DISTRIBUIDOR
Medistim Spain, S.L.
Calle Balmes 173, 4 2, 08006 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso debido a la posibilidad de que las mediciones de flujo registradas con los canales de medición indiquen que el flujo es demasiado alto o demasiado bajo a causa de una descarga electrostática (ESD) que puede dañar un componente en la cadena de mediciones causando una desviación con respecto al punto cero.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/03/2018
Localizador: 566X5YY288

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89