ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-142	PS/ME/44442

PRODUCTO
VIDAS FSH, referencia 30407.

FINALIDAD PREVISTA
Prueba cuantitativa automatizada para su uso en instrumentos de la familia VIDAS para la determinación de la hormona folículo estimulante en suero o plasma humano, utilizando la técnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay).

Nº DE LOTE
1005888220 y 1006006370.

FABRICANTE
BioMérieux SA. Francia.

DISTRIBUIDOR
BioMérieux Iberia. C/ Manuel Tovar, 45-47. 28034 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y Cese de la utilización de los lotes indicados de la referencia 30407 de VIDAS FSH, debido a la posibilidad de que se produzcan calibraciones inválidas, por lo que no se podría realizar la prueba, o calibraciones válidas que den lugar a resultados falsos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 4KG3NDD350
Fecha de la firma: 22/03/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89