ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-157	PS/CRV/44299

PRODUCTO
Mango de laringoscopio F.O. SP, Nº de artículo F-001.22.815

FABRICANTE
HEINE OPTOTECHNIK GmbH & Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hans E. Rüth S.A., Pol. Ind. El Regás, C/ de la Roda, 14, 08850 Gava, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la utilización del mango del laringoscopio con espátulas de metal y con la duración de uso prevista.

Actualización de las instrucciones de uso para advertir que el mango del laringoscopio no debe ser utilizado con espátulas de metal e incluir información sobre la duración de uso prevista.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Carta de la empresa
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 4GN5T6A3F6
Fecha de la firma: 22/03/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89