MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-146	PS/SM/44498

PRODUCTO
Bomba de vacío Cook Vacuum Pump ™. Número de referencia KMAR-5200.

FINALIDAD PREVISTA
Aspiración de líquidos y células corporales, en particular para la aspiración de ovocitos.

Nº LOTE
Todos los lotes.

FABRICANTE
William A. Cook Australia Pty Ltd., Australia.

DISTRIBUIDOR
Cook European Distribution Centre (EUDC). COOK MEDICAL EUROPE LTD. Europe Shared Service Centre. O'Halloran Road. National Technology Park. Limerick, Irlanda.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y reemplazo del cableado de la red de suministro de las bombas de vacío debido a que no cumplen con determinados requisitos de la norma relativa a equipos médicos eléctricos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 26/03/2018
Localizador: V69EYYJB80

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89