ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-171	PS/CGG/44614

PRODUCTOS

- Somatom Go.Up
- Somatom Go.Now

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de Tomografía Computarizada (TC) de cuerpo completo

Nº SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

111111, 111099, 111146, 111144, 111075, 111078, 111070, 111086, 111064

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci 15, 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con un posible riesgo de repetición de la exploración de Tomografía Computarizada a los pacientes debido a 3 problemas de software que afectan a la estabilidad y calidad de la imagen. Estos problemas se resolverán con las actualizaciones de software VA10A_SP2 y VA20A.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 6VF5QX76E3
Fecha de la firma: 27/03/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89