MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-163	PS/PF/44544

PRODUCTO AFECATADO EN ESPAÑA

- TROCAR CATH 40CM 20FR X 10, artículo 8888561043, lote 1724119864
- YANKAUER FINE X50, artículo 8888504001, lote 1722020264
- YANKAUER HIGH, artículo 8888502005, lote 1726918664
- YANKAUER REG W/TT, artículo 8888501023, lote 1712221264
- YANKAUER REG X50, artículo 8888501007, lote 1726220064

FABRICANTE

Covidien LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica, S.A, sita en C/ María de Portugal, 11, 28050, Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de códigos de artículo y lotes de productos específicos de tubos Yankauer y catéter torácico, debido a que se han distribuido por error sin el marcado CE.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/03/2018
Localizador: ZV6FLYAF28

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89